



ISO 15197, CE 0197



**Spesifikaatiot:**

Mittaustekniikka:

Mittausaika:

Näyttemäärä:

Tuloksen kalibrointi:

Näytteensyöttö:

Näytetyyppi:

Vaihtoehtoinen näyte:

Hematokriittialue/vaihteluväli:

Käyttölämpötila:

Paristo:

Pariston elinikä:

Kalibrointi menetelmä:

Plasman glukoositaso:

Testiliuskan säilyvyysaika:

Avatun testipakkauksen säilyvyysaika:

Korrelaatiokerroin:

Muistikapasiteetti:

Tulosten keskiarvot:

Kontrolliliuos:

Mittarin koko:

Mittarin paino:

Tiedonsiirto- ja käyttöohjelma:

Näyttö:

**Glukoosioksidaasi -entsyymi, biosensori  
(ikodekstriini ei häiritse)**

**< 10s**

**1 µl kokoverta**

**Plasma (mittaustulos vastaa plasman  
glukoositasoa)**

**Kapillaari, alitäytön tunnistus**

**Kapillaarinäyte sormenpästä (ensisijainen näyte)**

**Kyynärvarresta tai kämmenestä**

**30 – 55 %**

**5 – 45 °C, ilman suhteellinen kosteus 20–90%**

**3V Litium paristo CR2032**

**1000 mittausta**

**Koodiliuska**

**1,1 mmol/l – 33,3 mmol/l**

**24 kk**

**yksittäispakatut testiliuskat 18–20 kk, muut 3kk**

**> 0.98 %**

**300 tulosta**

**7, 14 ja 30 päivän keskiarvot**

**2 tasoa, 1 ja 2**

**85 mm x 54 mm x 20,5 mm**

**49,5 g (sisältäen pariston)**

**kyllä (saatavana erikseen)**

**selkeä nestekide (LCD) näyttö, fontti 14,5 mm**

Tuotteen nimi	Tuotenumero	Määrä
<b>On Call® Plus aloituspakkaus*</b>	<b>G113-111</b>	<b>1</b>
<b>On Call® Plus Glukoosi mittari</b>	<b>G113-211</b>	<b>1</b>
<b>On Call® Plus Glukoosi testiliuskat</b>	<b>G133-111</b>	<b>50 testiliuskaa (25 liuskaa/putki x 2)</b>
	<b>G133-114</b>	<b>30 testiliuskaa (15 liuskaa/putki x 2)</b>
	<b>G133-115</b>	<b>25 testiliuskaa (yksittäispakatut)</b>
<b>On Call® Plus kontrolliliuos</b>	<b>G123-311</b>	<b>2 pulloa (Kontrolli 1 ja Kontrolli 2)</b>
<b>On Call® Plus säädettävä pistolaite</b>	<b>G123-211</b>	<b>1</b>
<b>On Call® Plus lansetit</b>	<b>G123-111</b>	<b>100 (25 kpl x 4)</b>
<b>On Call® Plus Software kit</b>	<b>G123-511</b>	<b>1 (CD ja RS 232 kaapeli)</b>

**\* On Call® Plus aloituspakkaus sisältää:**

- On Call® plus glukoosimittari
- 15 kpl testiliuskaa
- Kalibrointiliuska
- Kontrolliliuos 1
- 15 kpl steriiliä lansettia
- On Call® Plus säädettävä lansetipistolaite
- Kirkas tulppa kyynärvarresta tai kämmenestä otetulle näytteelle
- Suojakotelo
- Käyttöohjemanuaali
- Referenssipikaopas
- Pikakäyttöohje aloittelijalle
- Takuukortti
- Päiväkirja



**On Call® Plus veren glukoosimittarin takuuaika on 5 vuotta.**

Valmistaja: ACON Laboratories Inc  
4108 Sorrento Valley Blvd, San Diego, CA-92121, USA  
[www.aconlabs.com](http://www.aconlabs.com)

Maahantuoja: Ekoweb Oy  
Pharmacy, Itäinen Pitkäkatu 4B, 20520 Turku  
info@ekoweb.fi  
[www.ekoweb.fi](http://www.ekoweb.fi)



Ekoweb Ltd.  
Pharmacy  
Itäinen Pitkäkatu 4B  
20520 Turku

Tel. +358 50 3633969    VAT ID  
Faksi +358 2 65182549    FI10309538  
info@ekoweb.fi  
www.ekoweb.fi